

中国合格评定国家认可委员会秘书处

认可委秘(能)〔2016〕39号

关于CNAS M0076能力验证计划结果处理的通知

各有关实验室：

由中国合格评定国家认可委员会(CNAS)组织，中国计量科学研究院负责实施的“CNAS M0076 光照度计示值校准”能力验证计划已完成。现将本次计划的结果处理通知发送你处，请各有关实验室遵照执行。本次计划的最终报告、结果通知单委托实施机构一并发送你处。

本次计划要求实验室校准光照度计的照度示值。共47个实验室报名参加了本次计划，每个实验室被赋予一个代码。代码为02、03、06、08、27、28、31、32、33、38、40、41、42、43和44的实验室的结果中出现了不满意结果。

根据CNAS能力验证的政策和本次计划结果，CNAS作出如下决定：

1、对结果满意的实验室，希望继续保持并进一步提高校准水平。

2、对结果不满意的实验室，如不满意结果的项目已获CNAS认可，要求实验室相应项目的证书或报告自行暂停使用CNAS的认可标识，开展整改活动。纠正措施和验证活动应在180天内完成，并将整改结果于2017年5月07日前通报CNAS认可五处，对逾期未通报整改结果的实验室，CNAS将视其为未按期开展纠正措施，从而撤销其相应能力认可资格。通报的内容主要包括：实验室自行暂停使用认可标识的时间，采取纠正措施及其有效性的验证方式、恢复使用认

可标识的时间等概要信息。实验室要保存上述记录以备评审组检查。

特此通知。

中国合格评定国家认可委员会秘书处



2016年11月07日

抄送：中国计量科学研究院