

中国合格评定国家认可委员会秘书处

认可委秘（能）〔2016〕50号

关于 CNAS M0083 能力验证计划结果处理的通知

各有关实验室：

由中国合格评定国家认可委员会（CNAS）组织，中国测试技术研究院负责实施的“CNAS M0083 压电加速度计校准”能力验证计划已完成。现将本次计划的结果处理通知发送你处，请各有关实验室遵照执行。本次计划的最终报告、结果通知单委托实施机构一并发送你处。

本次计划要求实验室校准压电加速度计的灵敏度频率响应和幅值线性度。共 56 个实验室报名参加了本次计划，每个实验室被赋予一个代码。代码为 B6、B12、C10、D7、D8 和 D12 的实验室的结果中出现了不满意结果。

根据 CNAS 能力验证的政策和本次计划结果，CNAS 作出如下决定：

- 1、对结果满意的实验室，希望继续保持并进一步提高校准水平。
- 2、对结果不满意的实验室，如不满意结果的项目已获 CNAS 认可，要求实验室相应项目的证书或报告自行暂停使用 CNAS 的认可标识，开展整改活动。纠正措施和验证活动应在 180 天内完成，并将整改结果于 2017 年 6 月 23 日前通报 CNAS 认可五处，对逾期未通报整改结果的实验室，CNAS 将视其为未按期开展纠正措施，从而撤销其相应能力认可资格。通报的内容主要包括：实验室自行暂停使用认可标识的时间，采取纠正措施及其有效性的验证方式、恢复使用认

可标识的时间等概要信息。实验室要保存上述记录以备评审组检查。

特此通知。

中国合格评定国家认可委员会秘书处



2016年12月23日

抄送：中国测试技术研究院