

中国合格评定国家认可委员会秘书处

认可委秘（能）〔2017〕20号

关于 CNAS T0818 能力验证计划结果处理的通知

各有关实验室：

由中国合格评定国家认可委员会（CNAS）组织，上海时代之光照明电器检测有限公司/国家电光源质量监督检验中心（上海）负责实施的“CNAS T0818 LED 路灯光电参数检测”能力验证计划已完成，共有 74 家实验室报名参加了本次计划，每个实验室被赋予一个代码。现将本计划的结果处理通知发送你处，请各有关实验室遵照执行。本次计划的最终报告、结果通知单委托实施机构一并发送你处。

根据 CNAS 能力验证的政策和本次计划结果，CNAS 作出如下决定：

1. 对结果满意的实验室，希望继续保持并进一步提高检测水平。
2. 对结果有问题的实验室，应自行开展纠正或预防措施。

3. 对结果不满意的实验室，如不满意结果的项目已获 CNAS 认可，要求实验室相应项目的证书或报告自行暂停使用 CNAS 的认可标识，开展整改活动。纠正措施和验证活动应在 180 天内完成，并将整改结果于 2018 年 1 月 20 日前通报 CNAS 认可五处，对逾期未通报整改结果的实验室，CNAS 将视其为未按期开展纠正措施，从而撤销其相应能力认可资格。通报的内容主要包括：实验室自行暂停使用认可标识的时间，采取纠正措施及其有效性的验证方式、恢复使用认可标识的时间等概要信息。实验室要保存上述记录以备评审组检查。

如果实验室的结果虽不满意，但仍符合认可项目依据标准所规定的判定要求，实验室可不暂停使用认可标识，但仍需尽快自查偏离较大的原因，并将自行确认情况说明于2018年1月20日前报告CNAS认可五处。对逾期未通报确认结果的实验室，CNAS将撤销其相应能力认可资格。

特此通知。

中国合格评定国家认可委员会秘书处



认可五处

2017年7月20日

抄送：上海时代之光照明电器检测有限公司/国家电光源质量监督检验中心（上海）